



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2488

18 Νοεμβρίου 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Αδειοδότηση εργαστηρίων μαγνητικών τομογράφων - απαιτήσεις ακτινοπροστασίας από μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες, κατά τη χρήση συστήματος ιατρικής απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού..... 1
- Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας..... 2
- Καθορισμός του τρόπου πώλησης τύπων κομίστρου και κατανομή των εισπράξεων μεταξύ ΟΑΣΑ Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.) και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., από την πώληση τύπων κομίστρου αρμοδιότητας ΟΑΣΑ Α.Ε.»..... 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Αριθμ. Π/112/363 (1)
Αδειοδότηση εργαστηρίων μαγνητικών τομογράφων - απαιτήσεις ακτινοπροστασίας από μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες, κατά τη χρήση συστήματος ιατρικής απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 39 παρ. 4 του Ν. 2496/1997 «Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις» (Α'/87).
2. Το Ν. 4310/2014 (Α'/258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», ιδίως την παρ. 3 του άρθρου 42 και την περίπτωση α της παρ. 2 του άρθρου 90.
3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α'/98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.δ. 189/2009 (Α'/221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.δ. 24/2010 (Α'/56) «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.δ. 189/2009».

6. Το Π.δ. 106/2014 (Α'/173) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

7. Το Π.δ. 70/2015 (Α'/114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού», και τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 2 του Ν. 4320/2015 (Α'/29).

8. Το Π.δ. 73/2015 (Α'/116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Την υπ. αριθμ. ΓΠ οι. 92211/04.10.2013 απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 154949 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1918/Β'/10.12.2010) «Όροι, προϋποθέσεις, Όργανα και Διαδικασία Χορήγησης Αδειών Σκοπιμότητας και Αδειών Λειτουργίας για εγκατάσταση και λειτουργία Μηχανημάτων Ιοντίζουσών και Μη Ιοντίζουσών Ακτινοβολιών» και της τροποποίησης αυτής (ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 40456/24.4.2012, ΦΕΚ Β'/1336/24.04.2012) (Β'/2494/04.10.2013)».

10. Την απόφαση της υπ' αριθμ. Υ8/29.09.2015 (Β'/2109) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνο Φωτάκη».

11. Την απόφαση της 218ης συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας στις 12-7-2013 με την οποία παρέχει τη γνώμη της.

12. Το με αρ. πρωτ. 11864/18.10.2013 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τα συνημμένα του (σχέδιο Κ.Υ.Α.).

13. Το απόσπασμα πρακτικού της 280ης έκτακτης συνεδρίασης της επιτροπής ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών στις 10.04.2014.

14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση καθορίζει τη διαδικασία αδειοδότησης εργαστηρίων μαγνητικών τομογράφων, καθώς και τις απαιτήσεις ακτινοπροστασίας από μη ιοντιζουσες ακτινοβολίες, κατά τη χρήση συστήματος απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού, στα εν λόγω εργαστήρια. Συμφωνεί με και συμπληρώνει, χωρίς να θίγει κατά τα λοιπά, το Π.δ. 247/1991 (Α'/93), το Π.δ. 517/1991 (Α'/202), το Π.δ. 235/2000 (Α'/199), το Π.δ. 84/2001 (Α'/70), την απόφαση 1014(ΦΟΡ)94/25.01.2001 (Β' 216/06.03.2001) και την απόφαση ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ 154949/03.12.2010 (Β'/1918/10.12.2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Άρθρο 2

Ορισμοί

1. Εργαστήριο μαγνητικού τομογράφου: εργαστήριο στο οποίο λειτουργούν ένα ή περισσότερα συστήματα Απεικόνισης Μαγνητικού Συντονισμού (ΑΜΣ). Μπορεί να είναι είτε αυτοτελές, είτε να αποτελεί μέρος διαγνωστικού εργαστηρίου απεικονίσεων.

2. Κάτοχος άδειας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια ίδρυσης ή μετέπειτα η ειδική άδεια λειτουργίας του εργαστηρίου μαγνητικού τομογράφου.

3. Επιστημονικός υπεύθυνος του εργαστηρίου μαγνητικού τομογράφου: ο ιατρός ακτινοδιαγνώστης ή ακτινολόγος, το όνομα του οποίου αναγράφεται στην ειδική άδεια λειτουργίας του εργαστηρίου μαγνητικού τομογράφου και έχει τη συνολική επιστημονική υπευθυνότητα.

4. Υπεύθυνος ακτινοπροστασίας του εργαστηρίου μαγνητικού τομογράφου: ο φυσικός νοσοκομείων το όνομα του οποίου αναγράφεται στην ειδική άδεια λειτουργίας του εργαστηρίου μαγνητικού τομογράφου και έχει την ευθύνη μαζί με τον επιστημονικό υπεύθυνο του εργαστηρίου επί θεμάτων ακτινοπροστασίας.

5. Συνθήκες συνθήκες λειτουργίας συστήματος ΑΜΣ: είναι οι συνθήκες εκείνες, κατά τις οποίες κανένα από τα παραγόμενα μεγέθη (output) δεν έχει τιμή, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει στον εξεταζόμενο, καταπόνηση φυσιολογικών λειτουργιών.

6. Ελεγχόμενες συνθήκες λειτουργίας συστήματος ΑΜΣ πρώτου (1ου) βαθμού: είναι οι συνθήκες εκείνες, κατά τις οποίες ένα ή περισσότερα από τα παραγόμενα μεγέθη (output) έχει τιμή, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει στον εξεταζόμενο, καταπόνηση φυσιολογικών λειτουργιών.

7. Ελεγχόμενες συνθήκες λειτουργίας συστήματος ΑΜΣ δευτέρου (2ου) βαθμού: Είναι οι συνθήκες εκείνες, κατά τις οποίες ένα ή περισσότερα από τα παραγόμενα μεγέθη (output) έχει τιμή, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει στον εξεταζόμενο, σημαντικό κίνδυνο.

Άρθρο 3

Αδειοδότηση εργαστηρίων μαγνητικών τομογράφων

1. Άδειες εργαστηρίων μαγνητικών τομογράφων
Προϋπόθεση για την έκδοση άδειας λειτουργίας εργαστηρίου μαγνητικού τομογράφου (Π.δ. 247/91 (Α'/93),

Π.δ. 84/01 (Β'/70)) αποτελεί η ειδική άδεια λειτουργίας που εμπίπτει στις διατάξεις της παρούσης.

Η ειδική άδεια λειτουργίας εργαστηρίου μαγνητικού τομογράφου είναι ανεξάρτητη από την ειδική άδεια λειτουργίας των λοιπών εργαστηρίων ιατρικών απεικονίσεων (π.χ. ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια).

2. Διαδικασία έκδοσης ειδικής άδειας λειτουργίας εργαστηρίου μαγνητικού τομογράφου

α. Προαπαιτούμενα για την έκδοση της ειδικής άδειας λειτουργίας είναι η άδεια σκοπιμότητας, σύμφωνα με την αριθ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 154949/03.12.2010 (Β'/118/10.12.2010), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει και τροποποιείται και η προέγκριση κατασκευής.

β. Η προέγκριση κατασκευής εκδίδεται σύμφωνα με την εξής διαδικασία:

Ο κάτοχος της άδειας υποβάλλει στην ΕΕΑΕ αίτηση, με τα κάτωθι δικαιολογητικά:

αα. Άδεια σκοπιμότητας.

ββ. Άδεια ίδρυσης.

γγ. Σχέδια υπό κλίμακα 1:50, στα οποία φαίνονται σε κάτοψη και τομή, οι χώροι του εργαστηρίου και οι γειτονικοί προς αυτό χώροι, η θέση των συστημάτων συμπεριλαμβανομένων και των συνοδευτικών/περιφερικών, οι τυχόν ειδικές προστατευτικές διατάξεις, οι θωρακίσεις, οι ηχητικές μονώσεις και οι ισομαγνητικές γραμμές με ισοτροπική ένταση στατικού μαγνητικού πεδίου $H_{0,15}:15mT$, $H_{0,10}:10mT$, $H_{0,5}:5mT$, $H_{0,3}:3mT$, $H_{0,05}:0.5mT$ και $H_{0,01}:0.1mT$.

δδ. Μελέτη σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της παρούσης.

Η ΕΕΑΕ ελέγχει την πληρότητα και ορθότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών και μετά την αξιολόγηση των (γγ) και (δδ) ανωτέρω εκδίδει γνωμοδότηση και στη συνέχεια χορηγεί προέγκριση για την έναρξη κατασκευής του εργαστηρίου.

γ. Ο υπεύθυνος ακτινοπροστασίας ελέγχει την κατασκευή του εργαστηρίου και ειδικότερα την κατασκευή των θωρακίσεων και ηχητικών μονώσεων, έτσι ώστε να είναι σε συμφωνία με την προέγκριση κατασκευής.

δ. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του εργαστηρίου, ο κάτοχος της άδειας υποβάλλει στην ΕΕΑΕ αίτηση για την έκδοση ειδικής άδειας λειτουργίας του εργαστηρίου, μαζί με τα κάτωθι:

αα. Δήλωση περάτωσης της κατασκευής του εργαστηρίου.

ββ. Υπεύθυνη δήλωση του επιστημονικού υπευθύνου καθώς και του υπευθύνου ακτινοπροστασίας του εργαστηρίου μαγνητικού τομογράφου, ότι η κατασκευή του εργαστηρίου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την προέγκριση κατασκευής.

γγ. Ονομαστική κατάσταση, τίτλοι ειδικότητας, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, βεβαίωση εγγραφής στον ιατρικό σύλλογο, πιστοποιητικά εκπαίδευσης και ανάθεση πρακτικών πτυχών έκθεσης στο προσωπικό του εργαστηρίου.

δδ. Έκθεση ακτινοπροστασίας από μη ιοντιζουσες ακτινοβολίες (προσωπικού, εξεταζομένων, πληθυσμού και χώρων) και ασφαλούς λειτουργίας, εκπονημένη από τον υπεύθυνο ακτινοπροστασίας. Η εν λόγω έκθεση συντάσσεται βάσει των εθνικών πρωτοκόλλων ακτινοπροστασίας, ασφάλειας και ποιότητας συστημάτων ΑΜΣ και συμπεριλαμβάνει τις διαδικασίες αντιμετώπισης ατυχημάτων ή συμβάντων και οιασδήποτε κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

εε. Κατάσταση εξοπλισμού του εργαστηρίου συνοδευόμενη με βεβαίωση κατασκευαστών εξοπλισμού για τη διάρκεια ζωής συστημάτων και ανταλλακτικών και πιστοποιητικό σήμανσης (CE mark) εξοπλισμού.

στστ. Βεβαίωση από την πυροσβεστική υπηρεσία, ότι πληρούνται οι όροι πυρασφάλειας των χώρων του εργαστηρίου.

ζζ. Υπεύθυνη δήλωση του κατόχου της άδειας, ότι πληρούνται οι απαιτήσεις αντισεισμικής προστασίας και ηχομόνωσης του κτιρίου, στο οποίο στεγάζεται το εργαστήριο μαγνητικού τομογράφου.

ηη. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ή έγγραφο θεωρηθεί απαραίτητο για την έκδοση της ειδικής άδειας λειτουργίας.

Η ΕΕΑΕ ελέγχει την πληρότητα και ορθότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών, προβαίνει σε επιτόπιο έλεγχο και αποστέλλει στο Υπουργείο Υγείας πιστοποιητικό περί της καταλληλότητας του εργαστηρίου, από πλευράς ακτινοπροστασίας από μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες, κατά τη χρήση συστήματος ΑΜΣ. Μετά από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής ιοντίζουσών και μη ιοντίζουσών ακτινοβολιών του Υπουργείου Υγείας, η ΕΕΑΕ χορηγεί την ειδική άδεια λειτουργίας.

ε. Ο κάτοχος της άδειας φέρει το βάρος της αποκλειστικής και πλήρους ευθύνης, όσον αφορά την πληρότητα, ακρίβεια και ορθότητα των στοιχείων που υποβάλλει.

στ. Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να αναφέρει άμεσα στην ΕΕΑΕ κάθε μεταβολή στο προσωπικό, στις εγκαταστάσεις, στις πρακτικές ή στον εξοπλισμό του εργαστηρίου.

3. Λήξη, ανανέωση, τροποποίηση, ανάκληση ειδικής άδειας λειτουργίας εργαστηρίου μαγνητικού τομογράφου

Η ειδική άδεια λειτουργίας εργαστηρίου μαγνητικού τομογράφου ισχύει για πέντε (5) έτη, η δε ημερομηνία λήξης της αναγράφεται στην άδεια.

Η ανανέωση, τροποποίηση ή ανάκληση της ειδικής άδειας λειτουργίας εργαστηρίου μαγνητικού τομογράφου, προϋποθέτει την υποβολή σχετικής αίτησης από τον κάτοχο της προς την ΕΕΑΕ, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη λήξη της. Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής της αίτησης ανανέωσης, η ειδική άδεια λειτουργίας ανακαλείται αυτομάτως ένα μήνα μετά τη λήξη ισχύος της. Η αίτηση ανανέωσης της ειδικής άδειας λειτουργίας συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 3, παρ. 2., περίπτωση δ, υποπεριπτώσεις (γγ), (δδ), (εε) και (ηη). Η ανανέωση της ειδικής άδειας λειτουργίας, πραγματοποιείται από την ΕΕΑΕ, εφόσον έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταλληλότητας. Για την ανανέωση της ειδικής άδειας λειτουργίας δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότηση της επιτροπής ιοντίζουσών και μη ιοντίζουσών ακτινοβολιών του Υπουργείου Υγείας. Η ΕΕΑΕ τροποποιεί ή ανακαλεί, εν όλω ή εν μέρει, την ειδική άδεια λειτουργίας, εάν διαπιστωθεί ότι έπαυσαν να πληρούνται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε ή σημειώθηκαν σοβαρές παραβάσεις των όρων της παρούσης.

Άρθρο 4

Απαιτήσεις ακτινοπροστασίας από μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες, κατά τη χρήση συστήματος ΑΜΣ

1. Γενικά

α. Ο κάτοχος της άδειας έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή και ασφαλή θωράκιση, εγκατάσταση,

αποδοχή και λειτουργία του συστήματος ΑΜΣ και των συνοδευτικών/περιφερικών συστημάτων αυτού, καθώς και για την ασφάλεια του προσωπικού, των εξεταζομένων και του πληθυσμού.

β. Με ευθύνη του κατόχου της άδειας, συντάσσεται, τηρείται και εφαρμόζεται πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας, το οποίο συμπεριλαμβάνει οδηγίες εργασίας σε ομαλές συνθήκες λειτουργίας και οδηγίες για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης συμβάντων ή ατυχημάτων, βάσει των οδηγιών χρήσης που παρέχονται από την κατασκευάστρια εταιρεία, των εθνικών πρωτοκόλλων ακτινοπροστασίας, ασφάλειας και ποιότητας συστημάτων ΑΜΣ, καθώς και της παρούσης και των λοιπών σχετικών διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

γ. Το σύστημα ΑΜΣ, τα μέρη εξοπλισμού του, τα συνοδευτικά/περιφερικά συστήματά του φέρουν τη σήμανση CE mark και συνοδεύονται από τα κατάλληλα εγχειρίδια και έγγραφα.

δ. Το προσωπικό του εργαστηρίου μαγνητικού τομογράφου είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο στις αρχές μαγνητικού συντονισμού και στη λειτουργία των συστημάτων ΑΜΣ, των συνοδευτικών/περιφερικών συστημάτων τους, καθώς και σε θέματα ασφάλειας και ακτινοπροστασίας. Την παροχή της εκπαίδευσης υποχρεούται να διασφαλίζει και τεκμηριώνει ο κάτοχος της ειδικής άδειας λειτουργίας του εργαστηρίου μαγνητικού τομογράφου, μετά από εισήγηση του επιστημονικού υπευθύνου.

ε. Όσον αφορά την αιτιολόγηση της εξέτασης, ακολουθούνται τα διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα στην ακτινολογία, τα οποία έχουν εγκριθεί από την επιτροπή ιοντίζουσών και μη ιοντίζουσών ακτινοβολιών του Υπουργείου Υγείας.

στ. Η χρήση συστημάτων ΑΜΣ με ένταση στατικού μαγνητικού πεδίου μεγαλύτερη των 1.5T, σε συνθήκες συνθήκες λειτουργίας στην κλινική ρουτίνα, συστήνεται να πραγματοποιείται, μόνο υπό στενή ιατρική επίβλεψη των εξεταζομένων.

Σε συνθήκες συνθήκες λειτουργίας, απαγορεύεται η χρήση συστημάτων ΑΜΣ με ένταση στατικού μαγνητικού πεδίου μεγαλύτερη των 4T.

Η χρήση συστημάτων ΑΜΣ σε ελεγχόμενες συνθήκες λειτουργίας πρώτου (1ου) και δεύτερου (2ου) βαθμού, ανεξαρτήτως της έντασης του στατικού μαγνητικού πεδίου, επιτρέπεται μόνον, κατόπιν έγκρισης του επιστημονικού υπευθύνου του εργαστηρίου μαγνητικού τομογράφου.

2. Χώροι

α. Η ελάχιστη απαιτούμενη επιφάνεια του χώρου εγκατάστασης του συστήματος ΑΜΣ, μαζί με τους χώρους χειριστηρίου και των συνοδευτικών συστημάτων, πληροί τα μετρικά στοιχεία, τα οποία περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία.

β. Κάθε σύστημα ΑΜΣ είναι εγκατεστημένο σε ανεξάρτητο, ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα θωρακισμένο/ηχομονωμένο χώρο. Η κατασκευή του θωρακισμένου/ηχομονωμένου χώρου και των συνοδευτικών του χώρων, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας των συστημάτων ΑΜΣ και την προέγκριση κατασκευής.

γ. Ο θάλαμος του χειριστηρίου βρίσκεται σε τέτοια θέση, ώστε να εξυπηρετεί λειτουργικά το εργαστήριο και να διασφαλίζει την προστασία του προσωπικού του

εργαστηρίου καθώς και την άνετη οπτικοακουστική επαφή χειριστή-εξεταζομένου.

δ. Αναφορικά με τα συστήματα ΑΜΣ περιφερικής απεικόνισης (π.χ. άκρων), οι ιδιαίτερες απαιτήσεις χώρων και ειδικών κατασκευών, ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές και οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας.

3. Σύνθεση προσωπικού

Το κατ' ελάχιστον προσωπικό για τα εργαστήρια μαγνητικού τομογράφου είναι:

α. Ιατρός ακτινοδιαγνώστης ή ιατρός ακτινολόγος,
β. Φυσικός νοσοκομείων κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος εκτός της περιοχής των ιοντιζουσών ακτινοβολιών,

γ. Τεχνολόγος ραδιολογίας - ακτινολογίας, απόφοιτος ΤΕΙ. Τα ήδη λειτουργούντα εργαστήρια, εφ' όσον κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης, δεν απασχολούν τεχνολόγο ραδιολογίας - ακτινολογίας, απόφοιτο ΤΕΙ, δύνανται να συνεχίσουν να απασχολούν απόφοιτο ΙΕΚ, ειδικότητας «ιατρικών απεικονίσεων», με πιστοποίηση επαγγελματικής κατάρτισης από τον ΕΟΠΠΕΠ.

4. Εξοπλισμός

α. Σύστημα ΑΜΣ, πηνία, ακολουθίες λήψης, λογισμικό, συνοδευτικά/περιφερικά συστήματα (π.χ. εκτύπωση, επεξεργασία εικόνας, ηλεκτρονική αρχειοθέτηση), ηλεκτρονικοί υπολογιστές, διευθύνσεις IP, DICOM, κατάλληλα για το είδος των in vivo εξετάσεων που θα πραγματοποιούνται.

β. Συστήματα φωτισμού, εξαερισμού και κλιματισμού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας των συστημάτων, ώστε να διασφαλίζονται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας, υγιεινής και ασφάλειας.

γ. Σύστημα παρακολούθησης και συστήματα ενδοεπικοινωνίας, έγκαιρης προειδοποίησης εξεταζομένων, gating, παλμικής οξυμετρίας, ηλεκτροκαρδιογράφου, μετρητών χώρου επιπέδων οξυγόνου.

δ. Μετρητές κατανάλωσης κρυογόνων και θερμοκρασίας της κρυογονικής δεξαμενής.

ε. Συστήματα, έκτακτης ανάγκης (συμπεριλαμβανομένων των κομβίων), πρόβλεψη αυτόματης ειδοποίησης εξειδικευμένου προσωπικού σε περίπτωση δυσλειτουργίας των κρυογονικών συστημάτων.

στ. Μέσα ατομικής προστασίας από τον ακουστικό θόρυβο, κατάλληλων τεχνικών προδιαγραφών και διαστάσεων, με ιδιαίτερη μέριμνα για βρέφη, παιδιά και έφηβους. Η χρήση μέσων ατομικής προστασίας δεν δυσχεραίνει τη δυνατότητα ακουστικής επικοινωνίας μεταξύ χειριστή-εξεταζομένου.

5. Χαρακτηρισμός περιοχών και ελεγχόμενη πρόσβαση

α. Ελεγχόμενη περιοχή μαγνητικού συντονισμού

Η περιοχή που περικλείεται από την ισομαγνητική γραμμή με ισοτροπική ένταση στατικού μαγνητικού πεδίου H00.5:0.5mT (5 Gauss) στις τρεις διαστάσεις (x,y,z) οριοθετείται με σαφή και ακριβή τρόπο: ύπαρξη κατάλληλης σήμανσης και επισήμανσης στο θωρακισμένο/ηχομονωμένο χώρο και στους γεινιάζοντες χώρους του συστήματος ΑΜΣ, με χρήση προειδοποιητικών πινακίδων και αποτύπωση οριοθέτησης με γραμμή κόκκινου χρώματος στο δάπεδο, στην οροφή και στις κάθετες επιφάνειες.

Η πρόσβαση ατόμων και εξοπλισμού, στην ελεγχόμενη περιοχή μαγνητικού συντονισμού, είναι πλήρως ελεγχόμενη. Ο εξοπλισμός που δύναται να χρησιμοποιηθεί εντός της ελεγχόμενης περιοχής μαγνητικού συντονισμού φέρει κατάλληλη εμφανή σήμανση.

β. Εσωτερική ελεγχόμενη περιοχή μαγνητικού συντονισμού

Η περιοχή που περικλείεται από την ισομαγνητική γραμμή με ισοτροπική ένταση στατικού μαγνητικού πεδίου H03:3mT (30 Gauss) οριοθετείται με σαφή και ακριβή τρόπο (αποτύπωση οριοθέτησης με γραμμή κόκκινου χρώματος στο δάπεδο).

Ο εξοπλισμός που δύναται να χρησιμοποιηθεί εντός της εσωτερικής ελεγχόμενης περιοχής μαγνητικού συντονισμού φέρει κατάλληλη εμφανή σήμανση, επαρκώς διαφοροποιημένη από την προαναφερθείσα.

Άρθρο 5

Οδηγίες χρήσης - τεχνικές εκθέσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας προμηθεύεται από τον κατασκευαστή, πλέον των προαναφερομένων εγχειριδίων και εγγράφων της περίπτωσης γ, της παραγράφου 1, του άρθρου 4, οδηγίες χρήσης με σαφείς συστάσεις, αναφορικά με:

α. τον έλεγχο των εξεταζομένων και των εργαζομένων, με ειδική μέριμνα για εκείνους που ενδέχεται να θεθούν σε κίνδυνο λόγω της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, του ιατρικού ιστορικού τους ή της παρούσας κλινικής τους κατάστασης,

β. την ιατρική επίβλεψη των εξεταζομένων,
γ. τις διαδικασίες έκτακτης ιατρικής ανάγκης,
δ. την έκθεση των εξεταζομένων και των εργαζομένων σε ακουστικό θόρυβο, παραγόμενο από τη λειτουργία του συστήματος ΑΜΣ,

ε. την πρόσβαση στην ελεγχόμενη περιοχή μαγνητικού συντονισμού,

στ. την παρακολούθηση της κατανάλωσης κρυογόνων και της θερμοκρασίας της κρυογονικής δεξαμενής,

ζ. τις συνθήκες λειτουργίας του συστήματος ΑΜΣ,

η. την έκθεση των εξεταζομένων και των εργαζομένων στο στατικό μαγνητικό πεδίο του συστήματος ΑΜΣ,

θ. την έκθεση των εξεταζομένων στα χρονικά μεταβαλλόμενα μαγνητικά πεδία του συστήματος ΑΜΣ,

ι. την έκθεση των εξεταζομένων στα μαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων του συστήματος ΑΜΣ,

ια. την έκθεση των επαγγελματικά εκτιθέμενων σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία,

ιβ. τη χρήση βοηθητικού εξοπλισμού,

ιγ. τα συστήματα και τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης,

ιδ. τα μέτρα προστασίας σε περίπτωση πυρκαγιάς,

ιε. τις ψευδενδείξεις σήματος,

ιστ. την εκπαίδευση του προσωπικού,

ιζ. το σύστημα διασφάλισης ποιότητας,

ιη. τη συντήρηση του συνόλου του εξοπλισμού.

2. Αναφορικά με την κατασκευή του θωρακισμένου/ηχομονωμένου χώρου εγκατάστασης του συστήματος ΑΜΣ, ο κάτοχος της άδειας:

α. διασφαλίζει ότι η κατασκευή πραγματοποιείται βάσει των σχετικών προδιαγραφών του κατασκευαστή του συστήματος ΑΜΣ και των διεθνών προτύπων,

β. έχει στην κατοχή του τεχνική έκθεση, η οποία περιλαμβάνει την τεχνική περιγραφή και τεκμηρίωση των θωρακισμένων/ηχομονώσεων, τις προδιαγραφές-διεθνή πρότυπα που εφαρμόστηκαν και σαφείς συστάσεις, αναφορικά με τον τρόπο, τον εξοπλισμό και τη χρονική συχνότητα ελέγχου των θωρακίσεων καθώς και τεχνική περιγραφή και γραπτή δέσμευση πραγματο-

ποίησης των απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών σε περίπτωση αστοχιών, προσθηκών και επεκτάσεων, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής λειτουργία του εργαστηρίου μαγνητικού τομογράφου.

3. Αναφορικά με την κατασκευή των συστημάτων ασφάλισης/απασφάλισης των κρουογόνων, της εξόδου διαφυγής αυτών καθώς και της κρουογονικής δεξαμενής, ο κάτοχος της άδειας:

α. διασφαλίζει ότι η κατασκευή πραγματοποιείται βάσει των σχετικών προδιαγραφών του κατασκευαστή του συστήματος ΑΜΣ και των διεθνών προτύπων,

β. έχει στην κατοχή του τεχνική έκθεση, η οποία περιλαμβάνει την τεχνική περιγραφή και τεκμηρίωση των συστημάτων, τις προδιαγραφές-διεθνή πρότυπα που εφαρμόστηκαν και σαφείς συστάσεις, αναφορικά με τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας τους, καθώς και τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης.

4. Ο κάτοχος της άδειας έχει στην κατοχή του τεχνική έκθεση, η οποία περιλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές των μέσων ατομικής προστασίας ακουστικού θορύβου, αναφορικά με την εξασθένιση που επιτυγχάνεται με τη χρήση τους, σε συγκεκριμένο εύρος συχνοτήτων.

Άρθρο 6

Δήλωση ατυχημάτων ή συμβάντων

Σε περίπτωση ατυχήματος ή συμβάντος και οιασδήποτε κατάστασης μη ομαλής λειτουργίας, ο κάτοχος της άδειας, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την έγκαιρη και ασφαλή αντιμετώπισή τους και ενημερώνει άμεσα την εταιρεία κατασκευής ή συντήρησης του συστήματος ΑΜΣ ή των συνοδευτικών/περιφερικών συστημάτων του, καθώς και την ΕΕΑΕ. Ο κάτοχος της άδειας, υποβάλλει στη συνέχεια στην ΕΕΑΕ έκθεση, στην οποία αναφέρει λεπτομερώς τις συνθήκες και τα αίτια του ατυχήματος ή συμβάντος ή οιασδήποτε κατάστασης μη ομαλής λειτουργίας, τα ληφθέντα μέτρα προστασίας και τις διορθωτικές ενέργειες.

Άρθρο 7

Μεταβατικές διατάξεις

1. Δεν απαιτείται άδεια σκοπιμότητας για τα εργαστήρια μαγνητικού τομογράφου, τα οποία κατά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ 154949/03.12.10 (Β'/1918/10.12.10) ή του άρθρου 23 του Ν. 3868/10 (Α'/129) βρίσκονταν σε στάδιο αδειοδότησης μεταγενέστερο από αυτό της χορήγησης άδειας σκοπιμότητας.

2. Τα εργαστήρια μαγνητικού τομογράφου, τα οποία λειτουργούσαν πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, οφείλουν να προσαρμοστούν στις προβλεπόμενες από αυτή διατάξεις, έως τις 31.12.2015.

Άρθρο 8

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αγ. Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ

Αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ.: 87644

(2)

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.δ. 63/2005, «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», ιδίως το άρθρο 54 (Φ.Ε.Κ. 98/Α'/2005).

2. Το άρθρο 81 παρ. 1 του Ν. 1892/1990, «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α'/1990).

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α'/2005).

4. Το Π.δ. 106/2014, «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 173/Α'/28-08-2014), όπως ισχύει.

5. Το άρθρο 27 του Ν. 4320/2015, «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29/Α'/19-03-2015).

6. Το Π.δ. 73/2015, «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α'/23-09-2015).

7. Τη με αριθ. Υ 25/06-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 2144/Β'/06-10-2015).

8. Η με αριθ. πρωτ. Α1α/80306/20-10-2015 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, με θέμα «Παύση και Διορισμός Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Υγείας» (ΦΕΚ 741/ΥΟΔΔ/20-10-2015).

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

10. Την ανάγκη εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των Υπηρεσιών του Υπουργείου και την ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων που έχουν ανατεθεί σε αυτές, αποφασίζει:

Άρθρο 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου προίσταται αμέσως μετά τον Υπουργό και τον Αναπληρωτή Υπουργό όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου και των μονάδων του ΕΣΥ, εκτός της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας Προσυπογράφει όλα τα έγγραφα που υπογράφει ο Αναπληρωτής Υπουργός και άπτονται των αρμοδιοτήτων που ορίζονται στα παρακάτω άρθρα.

Άρθρο 2

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

1. Στο Γενικό Γραμματέα μεταβιβάζονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

Α. Από τη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης, οι Διευθύνσεις:

● Η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων.

● Από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας, το Τμήμα Οργάνωσης Νοσοκομείων και Ιδιωτικών Κλινικών και το Τμήμα Εποπτευόμενων Φορέων και λειτουργίας

νοσοκομείων, πλην της αρμοδιότητας έναρξης και λειτουργίας του Γ.Ν. Θήρας από την Α.Ε.Μ.Υ. ΑΕ, το Τμήμα Παροχών Υπηρεσιών Υγείας και οργάνωσης και υποστήριξης των υγειονομικών περιφερειών και το Τμήμα Προστασίας Δικαιωμάτων Ασθενών.

- Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Β. Από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών οι Διευθύνσεις:

- Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού.
- Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, το Τμήμα Οικονομικής Οργάνωσης και Προϋπολογισμού Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Γ. Από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, το Τμήμα Εποπτείας Ανάπτυξης και Λειτουργίας Ε.Ο.Π.Υ.Υ., πλην των θεμάτων σχετικά με την ανάπτυξη παροχών υγείας, σύναψης συμβάσεων με παρόχους και πολιτικής παροχών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης.

2. Εξαιρούνται τα έγγραφα τα οποία αφορούν:

α. Στην άσκηση νομοθετικής πρωτοβουλίας, περιλαμβανομένης της πρότασης έκδοσης Π.δ. και Κανονιστικών Αποφάσεων.

β. Στην επικοινωνία με το Γραφείο του Πρωθυπουργού ή Κυβερνητικά Όργανα, Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς.

γ. Στα ερωτήματα στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.).

δ. Στους διορισμούς διοικήσεων των εποπτευομένων Νομικών Προσώπων.

ε. Στις τοποθετήσεις και μετακινήσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων.

στ. Στις πράξεις που απαιτείται συνυπογραφή με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς ή Υφυπουργούς.

Άρθρο 3

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ»

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου έχει δικαίωμα υπογραφής εγγράφων «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» για τα εξής θέματα:

1. Την έγκριση κτιριολογικών προγραμμάτων για εκπόνηση μελετών αρμοδιότητας του Υπουργείου.

2. Την παραχώρηση, κατά χρήση και την εκμίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας του Υπουργείου Υγείας και των Υγειονομικών Περιφερειών σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας (άρθρο 39 του νόμου 3370/2005)

3. Την έγκριση μελετών κτιριακών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας της Υπηρεσίας με προϋπολογισμό έργου πάνω από 205.429,20 Ευρώ (Π.δ. 470/1983 άρθρο μόνο παρ. Γ 2, 3, 4).

4. Τις ειδικές αιτήσεις θεραπείας Έργων - Μελετών βάσει των διατάξεων του άρθρου 76 παρ. 17 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 115/Α') και του άρθρου 54 παρ. 1 του Ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α') για τα έργα και του άρθρου 41 του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α') για μελέτες και συναφείς υπηρεσίες.

5. Τις αποφάσεις ανάθεσης στους εκλεγμένους εκπροσώπους β' βαθμού σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, αρμοδιότητας έγκρισης μελέτης έργων του Υπουργείου και ΝΠΔΔ τομέα Υγείας, με βάση το άρθρο 21 Ν. 1579/1985, ΦΕΚ 217/Α' και άρθρο 30 Ν. 2646/1998 ΦΕΚ 236/Α'.

6. Την έγκριση σκοπιμότητας επισκευών διαρρυθμίσεων, βελτιώσεων αποπεράτωσης, συντήρησης κτιρίων, προμήθειας και συντήρησης εξοπλισμού πάσης φύσεως των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου από ποσό 5.000 Ευρώ και άνω.

Άρθρο 4

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου εκπροσωπεί το Υπουργείο Υγείας σε θέματα αρμοδιότητάς του και συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς.

Άρθρο 5

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, θα πρέπει στο σκεπτικό τους να αναγράφεται η παρούσα απόφαση.

2. Ο εξουσιοδοτημένος με την απόφαση αυτή να υπογράφει «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» δύναται να ενημερώνει τα ανώτερα κλιμάκια για κάθε σοβαρό κατά την κρίση του θέμα.

3. Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής καταργείται κάθε άλλη προηγούμενη που ρυθμίζει όμοια θέματα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Αριθμ. Οικ. Α-61977/4531 (3)
Καθορισμός του τρόπου πώλησης τύπων κομίστρου και κατανομή των εισπράξεων μεταξύ ΟΑΣΑ Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.) και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., από την πώληση τύπων κομίστρου αρμοδιότητας ΟΑΣΑ Α.Ε.»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 2β του άρθρου 4 και της παρ. 10 του άρθρου 6 του ΚΕΦ. Β' του Ν. 3920/2011 «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α'/33), όπως ισχύει.

β) Του άρθρου 2 του Ν. 1214/1981 (Α'/286) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α'/98).

στ) Του άρθρου 1 του Π.δ. 185/2009 (Α'/213) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τα άρθρα 1 και 4 του Π.δ. 189/2009 (Α'/221) περί καθορισμού και ανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων.

δ) Του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση Υπουργείων, Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α'/114).

ε) Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'/116).

στ) Την υπ' αριθμ. πρωτ. Οικ.Α-47061/3652/27-08-2014 κοινή υπουργική απόφαση, με θέμα: «Καθορισμός τιμολογιακής πολιτικής και τύπων κομίστρου μετακίνησης στην περιοχή αρμοδιότητας ΟΑΣΑ Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.), καθώς επίσης και καθορισμός ενεργειών και θεσμικών, οργανωτικών, λειτουργικών και διοικητικών μέτρων για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής» (Β'/2324) και ειδικά το άρθρο 8.

2. Την υπ' αριθμ. 3157/2014 απόφαση Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.

3. Την υπ' αριθμ. 14/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. της 17ης Δεκεμβρίου 2014.

4. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 14305/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ./01-09-2015 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Χρημ/ικής και Εμπορικής Διαχείρισης του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., με θέμα: «Καθορισμός του τρόπου πώλησης τύπων κομίστρου και κατανομή των εισπράξεων μεταξύ ΟΑΣΑ Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., από την πώληση τύπων κομίστρου αρμοδιότητας ΟΑΣΑ Α.Ε.».

5. Την με αριθ. 32Α/2014 από 28.08.2014 Σύμβαση «Κατανομή εσόδων από την παροχή συγκοινωνιακού έργου στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α.» και την με αριθ. 32/2014 από 24.10.2014 Τροποποίηση Σύμβασης «Κατανομή εσόδων από την παροχή συγκοινωνιακού έργου στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α.» μεταξύ Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε..

6. Την υπ' αριθμ. 02/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. της 18ης Δεκεμβρίου 2014.

7. Την υπ' αριθμ. 24/2/29.12.2014 απόφαση της 24ης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. της 29ης Δεκεμβρίου 2014.

8. Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 1.937.784/09-07-2014 έγγραφο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ με το οποίο κοινοποιήθηκε στον

ΟΑΣΑ η Μεθοδολογία Καταμερισμού των εσόδων από την πώληση εισιτηρίων ΟΑΣΑ για την περίπτωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

9. Την με αριθ. πρωτ. Οικ.117/15-10-2015 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην με αριθ. 2/14226/0021/25-02-2015 (ΑΔΑ: ΩΜΛΛ2Η-89Ζ) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζεται ο τρόπος πώλησης και η κατανομή των εισπράξεων μεταξύ του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., όπως αυτός περιγράφεται και περιλαμβάνεται στην με αριθ. 32Α/2014 από 28.08.2014 Σύμβαση «Κατανομή εσόδων από την παροχή συγκοινωνιακού έργου στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α.» και την με αριθ. 32/2014 από 24.10.2014 Τροποποίηση Σύμβασης «Κατανομή εσόδων από την παροχή συγκοινωνιακού έργου στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α.» μεταξύ Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε..

Η απόφαση αυτή ισχύει μέχρι την εφαρμογή του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) στα μέσα μαζικής μεταφοράς αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α και εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου για την ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε..

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:

- Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση	Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση
Α'	150 €	40 €	15 €	Α.Α.Π.	110 €	30 €	-
Β'	300 €	80 €	30 €	Ε.Β.Ι.	100 €	-	-
Γ'	50 €	-	-	Α.Ε.Δ.	5 €	-	-
Υ.Ο.Δ.Δ.	50 €	-	-	Δ.Δ.Σ.	200 €	-	20 €
Δ'	110 €	30 €	-	Α.Ε.-Ε.Π.Ε.	-	-	100 €

- Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd-rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Έντυπη μορφή	Τεύχος	Έντυπη μορφή	Τεύχος	Έντυπη μορφή
Α'	225 €	Δ'	160 €	Α.Ε.-Ε.Π.Ε.	2.250 €
Β'	320 €	Α.Α.Π.	160 €	Δ.Δ.Σ.	225 €
Γ'	65 €	Ε.Β.Ι.	65 €	Α.Σ.Ε.Π.	70 €
Υ.Ο.Δ.Δ.	65 €	Α.Ε.Δ.	10 €	Ο.Π.Κ.	-

- Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.

- Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

- Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.

- Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

- Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.

- Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: <http://www.et.gr> - e-mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30



* 0 2 0 2 4 8 8 1 8 1 1 5 0 0 0 8 *

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004